

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

SETOR REQUISITANTE:
SETOR FARMACÊUTICO

SERVIÇO (EXEMPLO: SERVIÇOS PERTINENTES AO SETOR):

Aquisição de Câmara Fria para conservação de medicamentos, com manutenção de temperatura entre 2 e 8°C. Duas câmaras frias com capacidade entre 560-600L, cuja largura externa não ultrapasse 80cm e uma câmara fria com capacidade para 1000L.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO:

Armazenamento de medicamentos termolábeis (2 a 8°C) em temperatura constante e homogênea.

DESCRIÇÃO COMPLETA DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS:

Aquisição de Câmaras Frias para armazenamento de medicamentos termolábeis.

CARACTERÍSTICAS DO OBJETO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DO OBJETO

1.1 Câmara para conservação de vacinas, medicamentos oncológicos, imunobiológicos e termolábeis;

1.2 4 (quatro) equipamentos verticais com capacidade aproximada de 500 a 600 litros ;

1.3 Porta externa de vidro duplo ou triplo, isolado a vácuo, antiembaçante;

1.4 Gabinete externo construído de forma robusta e rígida em aço tratado quimicamente;

1.5 Câmara interna construída totalmente em aço inoxidável possibilitando perfeita assepsia, com no mínimo 5 (cinco) gavetas em aço inoxidável, 5 (cinco) contra portas internas de vidro ou acrílico transparente de uso diário, garantindo maior estabilidade da temperatura no manuseio;

1.6 Sistema ecológico de refrigeração (isento de CFC), estabilizado, com capacidade térmica constante, compressor hermético, ultra silencioso, circulação de ar forçado de alta eficiência para otimizar temperatura uniformemente em toda câmara, com degelo automático seco e com evaporação do condensado;

1.7 Temperatura de operação ajustável de +2°C a +8°C, pré ajustado em +4°C;

1.8 Painel de controle e sinalização completo, composto por controlador eletrônico digital micro processado, indicador digital decimal de temperatura na solução diatérmica;

1.9 Alarme audiovisual de desvio de temperatura configurável de máxima e mínima, alarme audiovisual de falta de energias elétrica à bateria recarregável, interruptor silenciador do alarme sonoro, sinalizador de refrigeração em recuperação, sinalizador de equipamento energizado, alarme de porta aberta;

1.10 Isolação térmica executada em piuretano injetado de alta densidade, isento de CFC em todas as paredes com espessura adequada ao equipamento;

1.11 Dimensões externas máximas 2,10 x 0,90 x 0,95 cm (altura, largura, profundidade);

1.12 Sistema de emergência para falta de energia elétrica com carregador automático de bateria e autonomia para, no mínimo 36 horas;

1.13 Acompanhada de estabilizador;

1.14 Tensão elétrica de 220 volts;

1.15 Suporte técnico permanente;

1.16 Regulamentada pela ANVISA;

1.17 Aplicativo de gerenciamento que possa ser monitorado via internet por computador, tablet ou celular, sem custo de mensalidade.

1.18 Sistema de aviso via ligações telefônicas (celular ou fixo) que avise sempre que o equipamento estiver com temperatura fora da faixa pré estabelecida.

1.19 Certificação do controlador de temperatura, para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.), calibrado em três pontos (2°C, 4°C e 8°C), juntamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO (RBC).

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Conforme necessidade do fabricante.

HORÁRIO EM QUE SERÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS:

Horário será verificado junto a Direção da Farmácia.

FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Presencial

PRAZO EM QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS:

Deverá ser instalado no prazo de 10 dias após a homologação da licitação.

ASSINATURA DA DIREÇÃO:

AUTORIZAÇÃO SETOR COMPETENTE